

Deklaracja zgodności WE

EC Declaration of Conformity

Firma:

Company:

**Biuro Handlowe „Kinesis” Andrzej Boruta
ul. Penara 23
38 - 440 Iwonicz Zdrój**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

declare with sole responsibility, that our product of kind:

rotor do ćwiczeń kończyn dolnych/górnych

rotor to exercises the lower limbs / upper,

modele:

models:

KRG - rotor do ćwiczeń kończyn górnych

KRD - rotor do ćwiczeń kończyn dolnych

KRDW - rotor do ćwiczeń kończyn dolnych – wolnostojący

KRB - rotor do ćwiczeń stawu barkowego

KRDG – rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych

KRG-W – rotor do ćwiczeń kończyn górnych – wolnostojący

jest zgodny z wymaganiami Ustawy o wyrobie medycznym z dnia 20.05.2010r. i związanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dot. Wyrobów Medycznych.

Wyrób został sklasyfikowany do klasy I zgodnie z regułą 1.

meet, where applicable, requirements of Act regarding medical devices and related decrees of Health Minister which implement to polish law Medical Device Directive 93/42/EEC.

Device were classified to class I according to rule 1.

Wyrób spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

Device meet requirements following harmonized standards:

EN ISO 15233-1:2012 Wyroby medyczne - Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Część 1: Wymagania ogólne. Medical devices - Symbols to be used in the labeling of medical devices in their labeling and the information provided to them - Part 1: General requirements.

PN-EN 1041:2008 Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznym.

Information provided by producer with medical device.

PN-EN ISO 14971:2012 Wyroby medyczne Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych. Medical products. Application of risk management for medical devices.

PN EN ISO 10993-1:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 1: Ocena i badanie.

Biological estimation of medical devices - Part 1: Rating and examination.

Firma zaświadcza, że postępuje zgodnie z procedurą oceny zgodności opisaną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia, paragraf 4 pkt 5 oraz załącznikiem nr 7 do w/w Rozporządzenia.

Company depose, that follows conformity assessment procedure described in Minister of Health Act of 12 January 2011 regarding essential requiremnets for medical devices, paragraph 4 point 5 and enclosure no 7.

Podpisano dnia: 11 maj 2016

Signed this day:

Miejsce: Iwonicz Zdrój

Place:

Osoba reprezentująca firmę: Andrzej Boruta

Company represented by:

Podpis:

Signature:

Pieczęć firmy:

Official stamp:

**Biuro Handlowe „KINESIS”
Andrzej Boruta**

ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz Zdrój
NIP 684-107-94-34; REGON 370192926
tel./fax: (0-13) 43 506 45, 0 603 375 978