

Link do produktu: <https://kinesis.com.pl/glowica-bezobslugowa-sng-17-3-cm2-p-730.html>

Głowica bezobsługowa SnG (17,3 cm²)



Cena	3 000,00 zł
Numer katalogowy	Głowica bezobsługowa SnG (17,3 cm²)
Kod producenta	Głowica bezobsługowa SnG (17,3 cm²)
Producent	ASTAR

Opis produktu

Głowica bezobsługowa SnG; 1/ 3 MHz; 17,3 cm² z uchwytem

- SnG, to bezobsługowe akcesorium o dużej powierzchni czoła (17,3 cm² lub 34,5 cm² w zależności od wybranego trybu działania), które stosowane jest w klasycznej terapii ultradźwiękami, fonoforezie, terapii LIPUS i zabiegach skojarzonych (w połączeniu z elektroterapią).
- **Głowica typ SnG; 1/ 3 MHz; 17,3 cm² z uchwytem współpracuje ze sterownikami PhysioGo.Lite SONO.**
- Głowica przeznaczona jest przede wszystkim do prowadzenia terapii techniką stacjonarną, a dzięki uchwytem możliwe jest jej zamocowanie na ciele pacjenta za pomocą pasów rzepowych.

Cechy głowicy

- głowica bezobsługowa
- głowica przeznaczona do terapii ultradźwiękowej, fonoforezy i LIPUS oraz terapii kombinowanej (przy połączeniu z aparatem do elektroterapii)
- 2 przetworniki ultradźwiękowe w jednej głowicy – posiada możliwość pracy w trybie jednoprzetwornikowym i dwuprzetwornikowym
- możliwość działania w trybie jednosekcyjnym (A/B) lub dwusekcyjnym (A+B)
- całkowita powierzchnia czoła głowicy w trybie jednosekcyjnym – 17,3 cm², w trybie dwusekcyjnym 34,6 cm²
- powierzchnia efektywnego promieniowania – 3 cm²
- wbudowany czujnik temperatury

Aparat PhysioGo.Lite SONO jest wyposażony w układ monitorujący jakość kontaktu głowicy z ciałem pacjenta w trakcie zabiegu, który wspiera operatora w prawidłowym wykonywaniu zabiegu. W przypadku wykrycia stanu słabego kontaktu (np. zbyt mało żelu sprzęgającego, bliskość kości), moc wyjściowa głowicy jest redukowana do minimalnego poziomu zapewniającego ciągłość działania generatora.

Głowice ultradźwiękowe wyposażone są w czujniki temperatury. Za ich pomocą sterownik cyklicznie kontroluje temperaturę czół głowic. Mechanizm ten zapobiega wzrostowi temperatury powyżej limitu określonego w normie IEC 60601-2-5. Moment pomiaru temperatury czóła sygnalizowany jest wygaszaniem wskaźnika LED głowicy.